

Kontroll ved montering/flytting/vinkling av RoomMate-sensor

Logg inn i portalen og gå gjennom sjekklisten.

- ☐ Gulvet har en stabil oransje farge, uten blafring eller sorte felt.
- ☐ Bildet dekker seng, stol, baderomsdør og inngangsparti.
- ☐ Det er minst mulig blindsoner.
- ☐ Det er minst mulig av tak og vegger med i bildet.
- ☐ Det er ingen vinduer eller gardiner i bildet.
- ☐ Rommet har markering for seng, stol, baderom og dør.
- ☐ Det er testet varsler med én person i rommet og at dokumentert at

de fungerer:

- ☐ Fall
- ☐ Oppreist i seng
- ☐ Ut av seng
- ☐ Ut av stol
- ☐ For lenge på badet
- ☐ Inn i rom
- ☐ Ut av rom
- ☐ Aktivitet i rommet